



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 615 77 28 www.mssw.pl szpital@mssw.pl

Warszawa, dnia 26.11.2018 r.

W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia **na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego w podziale na 6 Zadań** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-53/N/18 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 650655-N-2018 z dnia 20.11.2018 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu: 26.11.2018 r.

Treści zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Dotyczy Zadania VI

Czy Zamawiający dopuści soczewkę diagnostyczną 90D o następujących parametrach:

- powiększenie .76x
- pole: 74°/89°
- wielkość punktu laserowego: 1.32x
- dystans roboczy: 7mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 12a w związku art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2018 r. (składanie ofert do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.30)