

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Taśma jednorazowa klejąca sterylna o rozmiarze 9x49cm. Pakowana po 1 sztuce w sterylnym opakowaniu.	szt	1800								
2	Taśma samoprzylepna (organizator przewodów) typu rzep o wymiarach 2,5x30cm. Pakowana po 1 sztuce w sterylnym opakowaniu.	szt	900								
3	Kieszon jednorazowa sterylna przylepna 2 komorowa 40x35cm. Pakowana po 1 sztuce w sterylnym opakowaniu.	szt	600								
4	Kieszon samoprzylepna do przechwytywania płynów wyposażona w sztywnik i zawór do drenu o wymiarach 50x50cm. Pakowana po 1 sztuce w sterylnym opakowaniu.	szt	500								
5	Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79-80x145 cm. Strefa krytyczna wyrobu ma posiadać warstwę chłonną o wymiarach 65-66x85-88 cm	szt	50								
6	Sterylny foliowy pokrowiec na aparat wykonany z mocnej folii PE ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd aparat (RTG) o śr. 140 cm	szt	800								
7	Sterylny foliowy pokrowiec na aparat wykonany z mocnej folii PE ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie. śr. 90cm	szt	300								
8	Sterylny foliowy pokrowiec na kamerę, przewody o wymiarach minimum 14x250 cm.	szt	1000								
9	Serweta chirurgiczna wykonana z mocnego laminatu trzywarstwowego w rozmiarze 75x90 cm (+ 5 cm) z taśmą lepna na dłuższym boku serwety	szt	2000								
10	Sterylna samoprzylepna dwukomorowa kieszon na ssak i koagulację o wymiarach 40x35 cm	szt	300								
Wartość ogółem:											

Zamawiający wymaga :

- aby opakowanie zewnętrzne zawierało mindwie samoprzylepne metki identyfikujące w języku polskim, wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej (dotyczy fartuchów i zestawów)
- dostarczania zestawów sterylnych gotowych do użytku w warunkach Sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 24 m-ce
- aby serwety wchodzące w skład zestawów wykonane były z barierowych wysokochłonnych i nieprzemakalnych materiałów. Z dodatkowymi wzmocnieniami w strefie krytycznej zwiększającymi absorpcyjność seret, przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych
- aby produkty podlegające normie PN EN 13795 1-3 były z nią zgodne
- dołączenia kart technicznych gotowego produktu dla produktów podlegających wymienionej wyżej normie
- we wszystkich produktach dopuszcza się różnicę wymiarów + 5 cm
- kody kreskowe

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jednorazowa folia ochronna niesterylna wciągana na kończyne dolną o wymiarach 39-40x45x50 cm służąca jako ochrona dla mankietu zacisku.	szt	700								
2	Jednorazowa folia ochronna niesterylna wciągana na kończyne górną o wymiarach 23-25x40-45 cm służąca jako ochrona dla mankietu zacisku.	szt	300								
Wartość ogółem:											

Zamawiający wymaga :

1. aby opakowanie zewnętrzne zawierało mindwie samoprzylepne metki identyfikujące w języku polskim, wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej (dotyczy fartuchów i zestawów)
2. dostarczania zestawów sterylnych gotowych do użytku w warunkach Sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 24 m-ce
3. aby serwety wchodzące w skład zestawów wykonane były z barierowych wysokochłonnych i nieprzemakalnych materiałów. Z dodatkowymi wzmocnieniami w strefie krytycznej zwiększającymi absorpcyjność seret, przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych
4. aby produkty podlegające normie PN EN 13795 1-3 były z nią zgodne
5. dołączenia kart technicznych gotowego produktu dla produktów podlegających wymienionej wyżej normie
6. we wszystkich produktach dopuszcza się różnicę wymiarów + 5 cm
7. kody kreskowe

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 90 x 150 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy min. 880 cm H2O. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	szt	240								
2	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 175 cm wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy min. 880 cm H2O. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	szt	240								
3	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą lepną szerokości minimum 5cm, wykonana z trzywarstwowego nieprzemakalnego laminatu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.	szt	200								
4	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 240 x 150 cm z taśmą lepną szerokości minimum 5cm, wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy min. 880 cm H2O. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	szt	240								
5	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 150 cm z wycięciem U 7x65 cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna) w strefie krytycznej wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy min. 880 cm H2O. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	szt	120								
6	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 200 x 260 cm z wycięciem U 7x102 cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna) w strefie krytycznej wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE), odporność na przenikanie cieczy min. 880 cm H2O. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	szt	120								

7	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 150 x 180 cm z otworem samoprzylepnym 5x15 cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.	szt	30								
8	Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym 5x7 cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zawierające informacje o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.	szt	30								
Wartość ogółem:											

Zamawiający wymaga :

- 1. aby opakowanie zewnętrzne zawierało mindwie samoprzylepne metki identyfikujące w języku polskim, wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej (dotyczy fartuchów i zestawów)
- 2. dostarczania zestawów sterylnych gotowych do użytku w warunkach Sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 24 m-ce
- 3. aby serwety wchodzące w skład zestawów wykonane były z barierowych wysokochłonnych i nieprzemakalnych materiałów. Z dodatkowymi wzmocnieniami w strefie krytycznej zwiększającymi absorpcyjność seret, przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych
- 4. aby produkty podlegające normie PN EN 13795 1-3 były z nia zgodne
- 5. dołączenia kart technicznych gotowego produktu dla produktów podlegających wymienionej wyżej normie
- 6. we wszystkich produktach dopuszcza się różnicę wymiarów + 5 cm
- 7. kody kreskowe

.....
podpis Wykonawcy

Zadanie 4

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Osłona jednorazowa sterylna dwuwarstwowa z dwiema taśmami klejącymi na kończyne rozmiar 75-80x120x130. pakowane po 1 szt.	szt	400								
Wartość ogółem:											

Zamawiający wymaga :

1. aby opakowanie zewnętrzne zawierało mindwie samoprzylepne metki identyfikujące w języku polskim, wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej (dotyczy fartuchów i zestawów)
2. dostarczania zestawów sterylnych gotowych do użytku w warunkach Sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 24 m-ce
3. aby serwety wchodzące w skład zestawów wykonane były z barierowych wysokochłonnych i nieprzemakalnych materiałów. Z dodatkowymi wzmocnieniami w strefie krytycznej zwiększającymi absorpcyjność seret, przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych
4. aby produkty podlegające normie PN EN 13795 1-3 były z nią zgodne
5. dołączenia kart technicznych gotowego produktu dla produktów podlegających wymienionej wyżej normie
6. we wszystkich produktach dopuszcza się różnicę wymiarów + 5 cm
7. kody kreskowe

.....
podpis Wykonawcy