

Uzupełnienie sprzętem dodatkowym nieujęty w zestawieniach pomieszczeń:

1. Aparat do mierzenia ciśnienia – 10 sztuk
2. Bezwodne podgrzewacze do butelek i strzykawek 2 sztuki
3. Bilirubinometr - 1 sztuka
4. Czajnik elektryczny oraz kuchenka mikrofalowa do wyparzania i sterylizacji sprzętu do laktacji – 1 sztuka
5. Fotel do pobierania krwi – sztuk 2
6. Lampy do fototerapii - kocykowe i łódeczkowe - w sumie 4 sztuki
7. Lampy zabiegowe - 2 sztuki
8. Lodówka z zamrażarką (do - 20 stopni) do przechowywania pokarmu kobiecego
9. Łódeczka podgrzewane - 4 sztuki
10. Małe lodówki do leków – sztuk 6
11. Pompy infuzyjne - sztuk 12
12. Pompy przepływowe do żywienia pozajelitowego i przetaczania krwi - 9 sztuk
13. Pompy strzykawkowe (jednotorowe) - 30 sztuk
14. Ramki na karty gorączkowe do łóżek 50 sztuk
15. Saki próżniowe - 4 sztuki
16. Słuchawki lekarskie – sztuk 10
17. Stelaże na worki na odpady – 2 sztuki do każdego brudownika i gabinetu zabiegowego
18. Stojaki na kroplówki – sztuk 15
19. Stoliki zabiegowe do sal porodowych – sztuk 4
20. Stoliki zabiegowe ze stali nierz. dla noworodków 2
21. Tace do leków – 4
22. Termometry do pomieszczeń sztuk 10
23. Waga dla pacjentek- sztuk 2
24. Wagi do ważenia noworodków (certyfikowane) - 2 sztuki
25. Wózek do przewożenia bielizny burnej – sztuk 2
26. Wózek do przewożenia bielizny czystej – 2
27. Wózek do transportu leków z apteki sztuk 1
28. Wózek do transportu materiałów do sterylizacji sztuk 1
29. Wózek towarowy transportowy – sztuk 1
30. Zestaw do drenażu opłucnej – (jako referencyjny Zamawiający wskazuje zestaw firmy Medala lub inny spełniający parametry) - 2 sztuki.

Uwagi ogólne do wyposażenia pomieszczeń

1. W pokojach nr. 30a, 31, 32, 34 należy przewidzieć miejsce , gdzie gdzie będzie zlokalizowane stanowisko do resuscytacji noworodka oraz dedykowany do pracy dla neonatologa i pielęgniarek położnych neonatologicznych – asystor.
2. Sugerowana zmiana drzwi na przesuwane w pomieszczeniach 51a, 51b, 47, 49a, 49b.
3. W pomieszczeniach 51a, 51b, 51c – po 8 gniazd zasilania na każde stanowisko (230V), pom. 52 – po 6 gniazd zasilania na każde stanowisko (230V).