

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: [www.mssw](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 02.04 .2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do wykonywania zabiegów endoskopowych na okres 24 miesięcy w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-17/N/19) na portalu UZP nr 530739-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniu 01.04.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów projektu umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów projektu umowy § 4 ust. 9

Prosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji telefonicznie, faksem lub e-mailem w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych jest uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonaniem wymiany przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów projektu umowy § 5 ust. 1

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4**Dotyczy zapisów projektu umowy § 5 ust. 2 i 4**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5**Dotyczy Zadania 5 pozycja 6**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do przełyku o śr. 20 mm i śr. kołnierza 24 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6**Dotyczy Zadania 5 pozycja 7**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do przełyku o śr. 20 mm i śr. kołnierza 24 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7**Dotyczy Zadania 5 pozycja 8**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do przełyku segmentową o śr. 20 mm i śr. kołnierza 30 mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8**Dotyczy Zadania 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne z igłą lub bez, kolonoskopowe wielorazowego użytku łyżeczki owalne duże o średnicy 2,3mm lub 2,5mm (doz wyboru Zamawiającego) do kanału roboczego 2,8mm oraz łyżeczki okrągłe duże (Jumbo) o średnicy 3,4mm do kanału kolonoskopu, długość kleszczyków 230cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9**Dotyczy Zadania 1 pozycja 1, 2, 3 i 4**

Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie przewodnic o długości końcówki 70 mm lub 50 mm, ze znacznikami w postaci kolorowych pasków umożliwiającym kontrolę ruchu przewodnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10**Dotyczy Zadania 1 pozycja 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczoteczek o średnicy części wprowadzającej 1,8 mm, długość robocza 2300 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11**Dotyczy Zadania 1 pozycja 6 do 13**

Czy Zamawiający w pozycji 6 do 13 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z materiału PE.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12**Dotyczy Zadania 1 pozycja 15**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnicy 8,5 mm, 12 mm, 15 mm, długość narzędzia 2000 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13**Dotyczy Zadania 3 pozycja 3, 4, 5 i 6**

Czy Zamawiający w pozycji 3, 4, 5 i 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o śr. 2,3 mm, dystalnie 1,8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14**Dotyczy Zadania 3 pozycja 5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości cięciwy 30 mm, długość noska 7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15**Dotyczy Zadania 3 pozycja 7**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie koszyków o kształcie sferycznym, drut pleciony, wymiary koszyka rozłożonego 20 mm x 35 mm, 30 mm x 55 mm i 40 mm x 75 mm, bez kanału na prowadnicę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16**Dotyczy Zadania 3 pozycja 8**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie koszyków o wymiarach 25 mm x 45 mm, 30 mm x 55 mm, 35 mm x 65 mm w pozycji rozłożonej, długość 2,15 m, średnica osłonki 2,3 mm lub 3,0 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17**Dotyczy Zadania 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie strzykawek z pompką do napełniania balonów, z manometrem, pojemność 30 cc, pozwalających na pracę w granicach 0-30 atm., działających samodzielnie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18**Dotyczy Zadania 4 pozycja 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie strzykawek z pompką do napełniania balonów, z manometrem, pojemność 20 cc, pozwalających na pracę w granicach 0-30 atm., działających samodzielnie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 5 pozycja 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie protez o różnej budowie segmentu proksymalnego i dystalnego, średnica 18 mm, długość 130 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy Zadania 7 pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 7,5 Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania 7 pozycja 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o długości 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy Zadania 7 pozycja 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o długości całkowitej narzędzia 90 cm, średnica cewnika wprowadzającego 5,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy Zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o długości 8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Zadania 8 pozycja 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów kwalifikowanych do opisanych zabiegów na podstawie oświadczenia producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oraz wymaga deklarację zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Zadania 8 pozycja 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów o długościach w zakresie 2 cm -4 cm, współpracujących z prowadnicą o długości 450 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26**Dotyczy Zadania 8 pozycja 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie przewodników z końcówką hydrofilną 5 cm po obu stronach (na jednym przewodniku), koszulka z dwukolorowymi paskami do oceny ruchu i położenia przewodnika, obie końcówki proste, sztywność standardowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27**Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o rozpiętości ramion 12 mm lub 15 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28**Dotyczy Zadania 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o długości 1-2 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza od 1cm do 15cm co 1 cm

Pytanie 29**Dotyczy Zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noży o średnicy maksymalnej 2,35 mm, długość 1820 mm i 2300 mm, do kanału 2,8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30**Dotyczy Zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noży o średnicy maksymalnej 2,8 mm do kanału 3,2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale pasujący do kanału 2,8mm.

Pytanie 31**Dotyczy Zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o łyżeczkach owalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt I, podpunkt 7 oraz rozdział XVI, punkt 3.2 (kryterium „termin dostawy”) oraz formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) – punkt III, podpunkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt I, podpunkt 8 oraz rozdział XVI, punkt 3.3 (kryterium „czas realizacji reklamacji”) oraz formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) punkt III, podpunkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin realizacji reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34**Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V, punkt 2.3, podpunkt a):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby sprzęt był zgodny z Formularzem Cenowym.

Pytanie 35**Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V, punkt 2.3, podpunkt a):**

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział V, punkt 2.3, podpunkt a)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby sprzęt był zgodny z Formularzem Cenowym.

Pytanie 36**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – paragraf 4, ustęp 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – paragraf 4, ustęp 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na pisemne ustosunkowanie się do reklamacji do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, aby umożliwić Wykonawcy jak najrzetelniesze rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – paragraf 4, ustęp 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 10 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39**Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ):**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu: Prosimy o dopisanie paragrafu dotyczącego zmiany we wzorze umowy dostawy wielorazowych narzędzi endoskopowych według wzoru konsultowanego z naszym prawnikiem:

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40**Dotyczy Zadania 1 pozycja 5**

W związku z tym, że szczoteczki cytologiczne pakowane są w minimalne, niepodzielne opakowania zbiorcze po 6 sztuk, prosimy Zamawiającego o zwiększenie wymaganej ilości do 24 sztuk lub zmniejszenie ilości do 18 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości do 24 sztuk.

Pytanie 41**Dotyczy Zadania 1 pozycja 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zaoferowania protez trzustkowych 5 Fr lub wydzieli je do odrębnego zadania np.1a?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycję 10 z Zadania 1 i utworzy Zadanie 1A. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Zadania 1 i nowo utworzony Zadania 1A.

Pytanie 42

Dotyczy Zadania 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce istniejących parametrów:

Proteza trzustkowa typ: prosta;

- wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego
- zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację;
- otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący;

- dostępne rozmiary stentu: 7Fr , długości stentu 20,40,60,80 mm, min.śr.kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43**Dotyczy Zadania 1 pozycja 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce istniejących parametrów:

Proteza trzustkowa typ: w kształcie litery S: wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego;zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację;boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy,listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym;średnice stentu 7Fr, dostępne odległość między listkami bocznymi 6,8,10 lub 12 cm do wyboru przez Zamawiającego min.średnica kanału roboczego: 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44**Dotyczy Zadania 1 pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce istniejących parametrów: Proteza trzustkowa typ: w kształcie litery S: wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego; zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy,listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym;średnice stentu 8,8 Fr, dostępne odległość między listkami bocznymi 6,8,10 lub 12 cm do wyboru przez Zamawiającego min. średnica kanału roboczego: 3,2 mm?

Odpowiedź:

Tak 8,5Fr. Jednocześnie Zamawiający informuje, że omyłkowo w opisie przedmiotu zamówienia podał średnicę 7Fr, prawidłowa średnica 8,5Fr tak jak została podana w nazwie produktu.

Pytanie 45**Dotyczy Zadania 2 pozycja 3**

W związku z tym, że papilotomy wielorazowe pakowane są fabrycznie w minimalne, niepodzielne opakowania zbiorcze po 2 sztuki, prosimy Zamawiającego o zwiększenie wymaganej ilości do 36 sztuk lub zmniejszenie ilości do 34 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości do 36 sztuk.

Pytanie 46**Dotyczy Zadania 2 pozycja 5**

W związku z tym, że papilotomy igłowe wielorazowe pakowane są fabrycznie w minimalne, niepodzielne opakowania zbiorcze po 2 sztuk, prosimy Zamawiającego o zwiększenie wymaganej ilości do 6 sztuk lub zmniejszenie ilości do 4 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości do 6 sztuk.

Pytanie 47**Dotyczy Zadania 2 pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48**Dotyczy Zadania 2 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49**Dotyczy Zadania 2 pozycja 12**

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Cewnik popychający (POPYCHACZ) do protez średnicy 7Fr (wielorazowego użytku); element konwencjonalnego zestawu do protezowania; długość robocza 1600mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50**Dotyczy Zadania 2 pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści osłonkę wykonaną z plastiku, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51**Dotyczy Zadania 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści noże: o długości wysuniętego ostrza 2,0mm i długości roboczej narzędzia 1650mm oraz o długości wysuniętego ostrza 1,5 mm w długości roboczej 1950mm i 2300mm do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52**Dotyczy Zadania 15 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, miękkie, proste nasadki dystalne do ESD, zakres średnic zewnętrznych 11,4 do 15,7 do wyboru przez Zamawiającego w zależności od używanego endoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53**Dotyczy Zadania 4 pozycja 4**

Czy Zamawiający pisząc pompki do strzykawek z manometrem ma na myśli urządzenie wielofunkcyjne: do pompowania balonów strzykawką 60 cc ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54**Dotyczy Zadania 5 pozycja 3**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku , częściowo powlekana o długości 100mm średnicy 23 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55**Dotyczy Zadania 5 pozycja 4**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku, częściowo powlekana o długości 120 mm średnicy 23 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56**Dotyczy Zadania 5 pozycja 5**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku , częściowo powlekana o długości 150 mm średnicy 23 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57**Dotyczy Zadania 5 pozycja 6**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku , całkowicie powlekana o długości 120 mm średnicy 23 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58**Dotyczy Zadania 5 pozycja 7**

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku, całkowicie powlekana o długości 150 mm średnicy 23 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59

Dotyczy Zadania 5 pozycja 8

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy samorozprężalnej do przełyku, całkowicie powlekanej o długości 120 mm średnicy 23mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę - segmentalna.

W związku ze zmianami do SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert – (składanie ofert: dnia 08.04.2019 r. godz. 11.00; otwarcie ofert dnia 08.04.2018 r. godz. 11.30).