

## FORMULARZ CENOWY

## Kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizacji z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość ogólna poz. netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość ogólna poz. brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D)	szt.	5								
2	Elektroda defibrylująca	szt.	7								
3	Elektroda stymulująca (przedsionkowa)	szt.	5								
4	Elektroda lewokomorowa	szt.	10								
5	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	5								
6	Lider wieńcowy	szt.	10								
7	Subsektor	szt.	10								
8	Prowadnik angioplastyczny	szt.	10								
9	Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej	szt.	5								
10	Introducery do przezskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	10								
Wartość Ogólna:											

.....  
/podpis wykonawcy/

Lp.	Parametry wymagane i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy w środowisku MRI	Wymagane	
2.	Dostarczona energia defibrylacji min. 35J	Wymagane	
3.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Wymagane	
4.	Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F	Wymagane	
5.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	Wymagane	
6.	Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej	Wymagane	
7.	Możliwość dostarczenia ATP przed lub w trakcie ładowaniem kondensatorów	Wymagane	
8.	Czas sterylności min 12 miesięcy	Wymagane	
9.	Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018 r - wymagany rok produkcji 2018r., dla dostaw realizowanych w 2019 r. – wymagany rok produkcji 2019 (przez pierwszy kwartał 2019 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018 r. )	Wymagane	
10.	Możliwość stosowania elektrod LV czteropolowych (Wykonawca zapewnia urządzenia IS1 dla elektrod bipolarnych lub IS4 dla elektrod 4 polarnych – do wyboru)	Wymagane	
11.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 40 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu	Wymagane	

	umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *) Zamawiający wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań.		
12.	Zapewnienie szkoleń z implantacji i programowania CRT-D, w tym szkolenie podczas wykonywania zabiegu.	Wymagane	
<b>Parametry oceniane</b>			
13.	Objętość urządzenia <38 cm <sup>3</sup>	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
14.	Sygnały alarmowe urządzenia	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
15.	Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
16.	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
17.	Elektroda defibrylacyjna pokryta materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	

.....

/podpis wykonawcy/