

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 07.08.2018 r.

W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę stymulatorów i kardiowerterów serca wraz z elektrodami, introducerami oraz akcesoriami (powtórzenie)** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-28/N/18 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP nr 598236-N-2018 z dnia 02.08.2018 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 03.08.2018 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod lewokomorowych ze złączem IS-4 oraz elektrod defibrylacyjnych ze złączem DF-4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dodanie do §4 ust. 11 zdania o następującej treści: „Przedmiot umowy, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z magazynu komisowego przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu.